



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**  
**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ**  
**ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ**  
**Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 93**  
**Πληροφορίες: Κουτσοβούλου Χριστίνα**  
**Τηλέφωνο: 2631360185**  
**E-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr**

**Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 09-10-2024**

**Αρ. Πρωτ: 10050**

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΝΩ -ΚΑΤΩ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» , ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES 226 -2024 ,

- Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
    - 1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
    - 1.2. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021 περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
    - 1.3. Τις διατάξεις Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
    - 1.4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις αποφάσεις:
    - 2.1. Την υπ. αριθ. 9317/24-09-2024 απόφαση Αν. Διοικήτριας (ΑΔΑ: ΨΤΖ46907Π-87Ω ΑΔΑΜ:24REQ015495295) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
    - 2.2. Την υπ. αριθ.πρωτ. 9482/26-09-2024 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:662046907Π-BM7 ΑΔΑΜ:24REQ015523398 ) και αρ. δεσμ.713/0

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΝΩ -ΚΑΤΩ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.500,00€ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	33944000-9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ( ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	11.693.55€	14.500,00€	7112α1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ( ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (και για τα δυο είδη)

**Ψυκτικός θάλαμος νεκρών, δυο (2) θέσεων ( πάνω -κάτω) κάθετης φόρτωσης**

**Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE**

**Μέγεθος :**

Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμων : Μήκος 2,15 m ± 5 cm Πλάτος 0,86m ± 5 cm

Ύψος 0,68m ± 5 cm για κάθε μονάδα

**Θάλαμος:**

- 1) Ανοξείδωτο ατσάλι και τενον
- 2) Το εσωτερικό της επένδυσης να είναι 5 cm μεγαλύτερο από την πόρτα έτσι ώστε να αποφεύγεται το σφήνωμα του φορείου από τον πάγο
- 3) Στο κάτω μέρος να υπάρχει μηχανισμός έτσι ώστε να μην μαζεύονται τα νερά και να μην βγαίνουν έξω από την πόρτα κατά την διάρκεια της απόψυξης. Ο μηχανισμός αυτός να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο και να έχει την ιδιότητα να απορροφά μεγάλη ποσότητα νερού.
- 4) Να περιέχει ενσωματωμένο νεροχύτη έτσι ώστε τα νερά να απομακρύνονται με καθαρό τρόπο.
- 5) Ο σκελετός να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 25X25 που να έχει μεγάλη αντοχή.
- 6) Να διαθέτει ο κάθε θάλαμος φορείο τοποθέτησης των πτωμάτων

**Πόρτα θαλάμου.**

Διαστάσεις πόρτας: πλάτος 75cm ± 5 cm , ύψος 55cm ± 5 cm

Η πόρτα να είναι SUS 304 curved stainless steel τεχνολογίας, με πάχος 1,00mm.

Να είναι πλήρης εναρμονισμένη με την υπόλοιπη κατασκευή του θαλάμου.

Να σφραγίζει με μαγνήτη 25mm.

Να φέρει σύστημα κλειδώματος

Να φέρει σύστημα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας από μέσα

Να είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό έτσι ώστε η θερμοκρασία της πόρτας να παραμένει στα σωστά επίπεδα.

Η φορά του ανοίγματος της πόρτας να είναι δεξιά ή αριστερά με δυνατότητα αλλαγή φοράς

**Σκελετός πόρτας θαλάμου**

Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS 304 με πάχος 1,2mm, και χωρίς σημεία συγκόλλησης στην δομή της . Το αντιψυκτικό σύστημα να διατηρεί την θερμοκρασία 45-50 c έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συμπύκνωσης πάγου

**Μπάρες ολισθησης φορείου.**

Ο σχεδιασμός τους να είναι τέτοιος έτσι ώστε το φορείο να μπαίνει και να βγαίνει πολύ εύκολα . Να αντέχουν το βάρος και να έχουν μηχανισμό ώστε να μην παγώνουν, να μην φθείρονται , να μην διαβρώνονται και να προστατεύονται από την υγρασία.

**Φορείο**

Να είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαστάσεις : μήκος 1.95 μ. Πλάτος 0.59μ. Ύψος 0.15μ.

Να έχει εργονομία και σχεδιασμό αντοχής 8 σημείων να το κάνει να προσαρμόζεται αμέσως σε κάθε βάρος σώματος.

Να έχει ανασηκωμένες άκρες έτσι ώστε να μην εξέχουν τα ρούχα ή το ανθρώπινο σώμα από το φορείο και είναι να έτσι κατασκευασμένο ώστε να μην γλιστράνε κατά τη μεταφορά.

Να έχει δύο μεγάλα και εξαιρετικής αντοχής χερούλια που είναι πολύ βοηθητικά στη μεταφορά.

### **Διαμόρφωση Θαλάμου**

Ο ψυκτικός θάλαμος να είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να υπάρχει σωστή διαχείριση χώρου, η απαραίτητη χωρητικότητα και εξοικονόμηση χρημάτων. Η κάθε πόρτα να έχει το δικό της σύστημα θερμότητας /ψύξης και ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου από την άλλη και έτσι σε περίπτωση βλάβης του ενός να μην επηρεάζεται το άλλο.

### **Αποστακτήρας**

Να περιέχει ενσωματωμένο πηνίο χαλκού χωρίς αρμούς συγκόλλησης

### **Ανεμιστήρας**

Αθόρυβος ανεμιστήρας

### **Μόνωση**

Η μόνωση να είναι με αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας και υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία.

### **Θερμοκρασία**

Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους -15 με -30 C

### **Ισχύς εισόδου ρεύματος : 850 W**

**Τάση Λειτουργίας :** Μπορεί να λειτουργήσει με 150 V – 220 V -250 V

### **Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος**

Κοινή παροχή ρεύματος 150 V – 220 V – 250 V

### **Αισθητήρας Θερμοκρασίας**

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας να ρυθμίζεται αυτόματα σε μια κλίμακα από 100 C έως -50 C

### **Το μοτέρ λειτουργίας έχει σύστημα προστασίας από κραδασμούς.**

Η λειτουργία του να είναι ολοκληρωμένη, να είναι αξιόπιστο, αντοχής ,πρακτικό και εύκολο στη χρήση με ισχυρή δύναμη ισχύος .

### **Να διαθέτει:**

Σύστημα ελέγχου & βαθμονόμησης PID, οθόνη LED. Δυνατότητα απομακρυσμένου έλεγχου από πολλά άτομα και μέσω πολλών κινητών τηλ. & δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας χειροκίνητα από κινητό και την συσκευή . Αυτόματη ανίχνευση σφαλμάτων & επίλυση , απομακρυσμένος συναγερμός κινητού τηλεφώνου. έλεγχος πολλαπλών κινητών τηλεφώνων ρύθμιση κινητού τηλεφώνου

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Ο προμηθευτής υποχρεούται με την προσφορά να καταθέσει **επί ποινή αποκλεισμού** αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης που να καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές

Ο προμηθευτής στην τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνει, την μεταφορά και την εγκατάσταση του καινούργιου σε πλήρη λειτουργία

Ο προμηθευτής θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία έτη (3) έτη για όλα τα μέρη και κάλυψη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη .

Σε περίπτωση βλάβης στον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής αναλαμβάνει κάθε κόστος επισκευής ( ανταλλακτικά , μετάβαση και εργασία τεχνικού ) .

Σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48ωρων.

Θα καταθέσει τηλέφωνο επικοινωνίας service για οδηγίες άμεσης αντιμετώπισης κάποιας βλάβης

Το προσφερόμενο είδος να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα διεθνή πρότυπα EN ISO, να διαθέτουν σήμα CE και ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή νεότερη έκδοση .

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (φορείο ) ΝΕΚΡΩΝ**

Μοντέλο: Υδραυλικό τρόλεϊ ανύψωσης

Ύψος ανύψωσης: Να συνδυάζεται με τις πόρτες των ψυκτικών θαλαμών (πάνω -κάτω) ώστε να γίνετε με ευκολία η αποθήκευσης πτωμάτων

Κατασκευασμένο από πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο χάλυβα 304

Με τον ανεξάρτητο δίσκο σώματος, να συνδυάζεται με το ανάλογο ψυκτικό θάλαμο και τη σχάρα αποθήκευσης πτωμάτων.

Η δυνατότητα φόρτωσης να είναι 200 κιλά.

Ο καθαρός μηχανικός σχεδιασμός εξοικονομεί ενέργεια.

Σχέδιο υδραυλικής ράβδου, αντοχής στη διάβρωση, με διάρκεια ζωής 8-10 χρόνια.

Να μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από ένα άτομο, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα της εργασίας.

Να χρησιμοποιείται σχεδίαση τροχών δύο κατευθυντικών τροχών, δύο τροχών φρένων, που μετακινούνται εύκολα προς την κατεύθυνση.

Με κλείδωμα δίσκου για αποφυγή πτώσης του δίσκου.

Τρόλεϊ με τυπικούς τροχούς 125mm, με δυνατότητα να προσαρμοστεί.

Το ύψος και το πλάτος του δίσκου αμαξώματος θα είναι σύμφωνα με τις διαστάσεις της πόρτας του ψυκτικού θαλάμου

#### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται με την προσφορά να καταθέσει **επί ποινή αποκλεισμού** αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης που να καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές

Ο προμηθευτής θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη για όλα τα μέρη και κάλυψη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη .

Σε περίπτωση βλάβης στον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής αναλαμβάνει κάθε κόστος επισκευής ( ανταλλακτικά , μετάβαση και εργασία τεχνικού ) .

Το προσφερόμενο είδος να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα διεθνή πρότυπα EN ISO, να διαθέτουν σήμα CE και ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή νεότερη έκδοση .

#### ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 14.500,00€με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: **21-10-2024 15:00**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΗ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

- α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
- β) Κωδικός είδους εταιρείας
- γ) Κωδ. Κατασκευαστή
- δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
- ε) REF Number

στ) Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους

(<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.

4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.

7. Παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά,

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ,

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

## ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής, και Οικονομικής προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Α' 25-02-2020.
2. Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης.
3. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
4. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
5. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.
6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24.3.2009) : 2,00 %.  
 β) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται (άρθρο 7 του Ν.4947/2022 όπως ισχύει).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος, (ΦΕΚ 167Α' /23.7.2013)

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες προμηθειες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

- να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
- να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
- να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.

8. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν ολοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
9. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
10. Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (360) ημερολογιακές ημέρες.
11. Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

12. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

13. Οι προσφορές γίνονται δέκτες για το σύνολο της προμήθειας.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360185,2631 360180

## ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ