



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α.Ο.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 93
Πληροφορίες: Κουτσοβούλου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2631360185
E-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 07-08-2025

Αρ. Πρωτ: 6360

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ» CPV 33944000-9,

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας- Α.Ο.Μ Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 1.2. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021 περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 1.3. Τις διατάξεις Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α' /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1. Την υπ. αριθ. 29^{ης} / 22-07-2025 ΘΕΜΑ 37^ο (ΑΔΑ: Ψ65Δ46904Μ-75Ν) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
- 2.2. Την υπ'αριθμ. 609/0 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ:ΨΚ2Α46907Π-ΔΞΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ» CPV 33944000-9, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας ,με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	33944000-9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ	15.000,00€	18.600,00€	7112α1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ, ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΝΩ -ΚΑΤΩ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE

Μέγεθος :

Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμων : Μήκος 2,15 m ± 5 cm Πλάτος 0,86m ± 5 cm

Υψος 0,68m ± 5 cm για κάθε μονάδα

Θαλαμος:

1)Ανοξείδωτο ατσάλι και tenon

2) Το εσωτερικό της επένδυσης να είναι 5 cm μεγαλύτερο απο την πόρτα έτσι ώστε να αποφεύγεται το σφήνωμα του φορείου απο τον πάγο

3) Στο κάτω μέρος να υπάρχει μηχανισμός ετσι ωστε να μην μαζεύονται τα νερά και να μην βγαίνουν έξω από την πόρτα κατά την διάρκεια της απόψυξης. *Ο μηχανισμός αυτός να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο και να έχει την ιδιότητα να απορροφά μεγάλη ποσότητα νερού.*

4) Να περιέχει ενσωματωμένο νεροχύτη ετσι ώστε τα νερά να απομακρύνονται με καθαρό τρόπο.

5) Ο σκελετός να είναι απο ανοξείδωτο ατσάλι 25Χ25 που να έχει μεγάλη αντοχή.

6) Να διαθέτει ο κάθε θάλαμος φορείο τοποθέτησης των πτωμάτων

Πόρτα θαλάμου.

Διαστάσεις πορτας: πλατος 75cm ± 5 cm , υψος 55cm ± 5 cm

Η πόρτα να είναι SUS 304 curved stainless stel τεχνολογίας, με πάχος 1,00mm.

Να είναι πλήρης εναρμονισμένη με την υπόλοιπη κατασκευή του θαλάμου.

Να σφραγίζει με μαγνήτη 25mm.

Να φέρει σύστημα κλειδώματος

Να φέρει σύστημα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας από μέσα

Να είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό έτσι ώστε η θερμοκρασία της πόρτας να παραμένει στα σωστά επίπεδα.

Η φορά του ανοίγματος της πόρτας να είναι δεξιά ή αριστερά με δυνατότητα αλλαγή φοράς

Σκελετός πόρτας θαλάμου

Να είναι απο ανοξείδωτο ατσάλι SUS 304 με πάχος 1,2mm, και χωρίς σημεία συγκόλλησης στην δομή της . Το αντιψυκτικό σύστημα να διατηρεί την θερμοκρασία 45-50 c ετσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συμπύκνωσης πάγου

Μπάρες ολίσθησης φορείου.

Ο σχεδιασμός τους να είναι τέτοιος έτσι ώστε το φορείο να μπαίνει και να βγαίνει πολύ εύκολα . Να αντέχουν το βάρος και να έχουν μηχανισμό ώστε να μην παγώνουν, να μην φθείρονται , να μην διαβρώνονται και να προστατεύονται από την υγρασία.

Φορείο

Να είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαστάσεις : μήκος 1.95 μ. Πλάτος 0.59μ. Ύψος 0.15μ.

Να έχει εργονομία και σχεδιασμό αντοχής 8 σημείων να το κάνει να προσαρμόζεται αμέσως σε κάθε βάρος σώματος.

Να έχει ανασηκωμένες άκρες έτσι ώστε να μην εξέχουν τα ρούχα ή το ανθρώπινο σώμα από το φορείο και είναι να έτσι κατασκευασμένο ώστε να μην γλιστράνε κατά τη μεταφορά.

Να έχει δύο μεγάλα και εξαιρετικής αντοχής χερούλια που είναι πολύ βοηθητικά στη μεταφορά.

Διαμόρφωση θαλάμου

Ο ψυκτικός θάλαμος να είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να υπάρχει σωστή διαχείριση χώρου, η απαραίτητη χωρητικότητα και εξοικονόμηση χρημάτων. Η κάθε πόρτα να έχει το δικό της σύστημα θερμότητας /ψύξης και ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου από την άλλη και έτσι σε περίπτωση βλάβης του ενός να μην επηρεάζεται το άλλο.

Αποστακτήρας

Να περιέχει ενσωματωμένο πηνίο χαλκού χωρίς αρμούς συγκόλλησης

Ανεμιστήρας

Αθόρυβος ανεμιστήρας

Μόνωση

Η μόνωση να είναι με αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας και υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία.

Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους -15 με -30 C

Ισχύς εισόδου ρεύματος : 850 W

Τάση Λειτουργίας :Μπορεί να λειτουργήσει με 150 V – 220 V -250 V

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Κοινή παροχή ρεύματος 150 V – 220 V – 250 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας να ρυθμίζεται αυτόματα σε μια κλίμακα από 100 C έως -50 C

Το μοτέρ λειτουργίας έχει σύστημα προστασίας από κραδασμούς.

Η λειτουργία του να είναι ολοκληρωμένη, να είναι αξιόπιστο, αντοχής ,πρακτικό και εύκολο στη χρήση

με ισχυρή δύναμη ισχύος .

Να διαθέτει:

Σύστημα ελέγχου & βαθμονόμησης PID, οθόνη LED. Δυνατότητα απομακρυσμένου έλεγχου από πολλά άτομα και μέσω πολλών κινητών τηλ. & δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας χειροκίνητα από

κινητό και την συσκευή . Αυτόματη ανίχνευση σφαλμάτων & επίλυση , απομακρυσμένος συναγερμός κινητού τηλεφώνου. έλεγχος πολλαπλών κινητών τηλεφώνων ρύθμιση κινητού τηλεφώνου

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο προσφέρων θα πρέπει, **επί ποινή αποκλεισμού** να καταθέσει λίστα τουλάχιστον πέντε (5) Νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών ή Δήμων που προμήθευσε παρόμοιο εξοπλισμό
- Ο προμηθευτής υποχρεούται με την προσφορά να καταθέσει **επί ποινή αποκλεισμού** αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης που να καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές
- Ο προμηθευτής στην τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνει, την μεταφορά και την εγκατάσταση του καινούργιου σε πλήρη λειτουργία

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία έτη (3) έτη για όλα τα μέρη και κάλυψη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Σε περίπτωση βλάβης στον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής αναλαμβάνει κάθε κόστος επισκευής (ανταλλακτικά , μετάβαση και εργασία τεχνικού) .

Σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48ωρων.

Θα καταθέσει τηλέφωνο επικοινωνίας service για οδηγίες άμεσης αντιμετώπισης κάποιας βλάβης
Το προσφερόμενο είδος να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα διεθνή πρότυπα EN ISO, να διαθέτουν σήμα CE και ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή νεότερη εκδόσή .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (φορείο) ΝΕΚΡΩΝ

Μοντέλο: Υδραυλικό τρόλεϊ ανύψωσης

Ύψος ανύψωσης: Να συνδυάζεται με τις πόρτες των ψυκτικών θαλαμών (πάνω -κάτω) ώστε να γίνετε με ευκολία η αποθήκευση πτωμάτων

Κατασκευασμένο από πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο χάλυβα 304

Με τον ανεξάρτητο δίσκο σώματος, να συνδυάζεται με το ανάλογο ψυκτικό θάλαμο και τη σχάρα αποθήκευσης πτωμάτων.

Η δυνατότητα φόρτωσης να είναι 200 κιλά.

Ο καθαρός μηχανικός σχεδιασμός εξοικονομεί ενέργεια.

Σχέδιο υδραυλικής ράβδου, αντοχής στη διάβρωση, με διάρκεια ζωής 8-10 χρόνια.

Να μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από ένα άτομο, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα της εργασίας.

Να χρησιμοποιείται σχεδίαση τροχών δύο κατευθυντικών τροχών, δύο τροχών φρένων, που μετακινούνται εύκολα προς την κατεύθυνση.

Με κλειδωμά δίσκου για αποφυγή πτώσης του δίσκου.

Τρόλεϊ με τυπικούς τροχούς 125mm, με δυνατότητα να προσαρμοστεί.

Το ύψος και το πλάτος του δίσκου αμαξώματος θα είναι σύμφωνα με τις διαστάσεις της πόρτας του ψυκτικού θαλάμου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται με την προσφορά να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης που να καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές

Ο προμηθευτής θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη για όλα τα μέρη και κάλυψη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη .

Σε περίπτωση βλάβης στον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής αναλαμβάνει κάθε κόστος επισκευής (ανταλλακτικά , μετάβαση και εργασία τεχνικού) .

Το προσφερόμενο είδος να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα διεθνή πρότυπα EN ISO, να διαθέτουν σήμα CE και ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 ή νεότερη έκδοσή .

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 18.600,00€ με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15-09-2025, ώρα 14:00

-Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο e-mail: **mesprom@1703.syzefxis.gov.gr**

- Εναλλακτικά με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο ,στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής.
- Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία (Πρόσκληση).
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Ο τίτλος της Πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής).
- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφέροντες πρέπει μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), να τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο πλήρης τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ» και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης.
2. Γλώσσα σύνταξης προσφοράς :Ελληνική
3. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς **15-09-2025, ώρα 14:00**. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
5. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.
6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 63446/31-5-2021 (Β.2338) & αριθ. οικ. 98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766) με

κωδικό **ΑΑΗΤ 1015.Ε00145.0001** προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης.

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση.

8. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορά που δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

10. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας

11. Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Μέσα στο ηλεκτρονικό αρχείο ή στο κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Γ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά πέραν της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παρατίθεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3 μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους)

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους).

5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

4) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360185 ,2631-360180.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ