



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α.Ο.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 93
Πληροφορίες: Κουτσοβούλου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2631360185
E-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 06-11-2025

Αρ. Πρωτ: 9068

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΕΦΑΠΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ » ,
CPV 50420000-5, CPV 38434540-3

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας- Α.Ο.Μ Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 1.3. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021 περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 1.4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α' /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1. Την αριθμ. 35^{ης} / 30-10-2025 ΘΕΜΑ 22^ο (ΑΔΑ: ΨΒΖΔ46907-ΤΟΥ, ΑΔΑΜ:24REQ017864511) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
- 2.2.Την υπ. αριθ.πρωτ. 745/04-11-2025 (ΑΔΑ:ΨΡ4Ι46907Π-Β5Ω, ΑΔΑΜ: 25REQ017867817) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ. δεσμ.745/0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΕΦΑΠΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
	«ΕΦΑΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» CPV 50420000-5, CPV 38434540-3,			
1	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STATIM 5000 S SCICAN.	1.519,00€ (1.019,00€ 500,00€	1.883,56€ (1.263,56€ 620,00€	1439a1 0887a1
2	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HIGH FLOW	1.500,00€ (950,00€ 550,00€	1.860,00€ (1.178,00€ 682,00€	1899a1 0879a1
3	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ PHYSIO-CONTROL LIFEPAK-9	1.740,00€	2.157,60€	0889a1
4	ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) MONITOR JERRY JR2000D	1.125,00€	1.395,00€	0887a1
5	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (3) ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ALSA EXCELL 400 MCD	900,00€	1.116,00€	0887a1
6	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ	2.160,00€ (1.200,00€ 960,00€)	2.678,40€ (1.488,00€ 1.190,40€)	0889a1 1439a1
7	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ERBE VIO 300S SN11294343	480,00€	595,20€	0889a1
8	ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ MAQUET ORTOSTAR 1425.01A0	2.403,20€ (1.713,20€ 690,00€)	2.979,97€ (2.124,37€ 855,60€)	1439a1 0879a1
	ΣΥΝΟΛΑ	11.827,20 €	14.665,73 €	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 1) «ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STATIM 5000 S SCICAN»

Για την συντήρηση του κλιβάνου χειρουργικού τομέα statim 5000s sn 8218eb0002 (για κλιβανισμό ευαίσθητων εργαλείων) ο οποίος βρίσκεται στο χώρο των χειρουργείων .

Η δαπάνη και τα απαιτούμενα υλικά για την συντήρηση:

Κωδικός	ΤΥΠΟΣ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ
01-101649s	Λάστιχο στεγανοποίησης και λιπαντικό kit c για την κασέτα αποστείρωσης.	2	X 222,00= 444,00€
01-106637s	Φίλτρο γραμμής νερού statim 5000s	1	68,00€
01-102119s	Μικροβιακό φίλτρο για statim 5000/5000s	1	52,00€
2ozplus	Στεγνωτικό υγρό κασέτας με ψεκαστήρα stat dri 8oz (-60ml)	1	42,00€
01-101657s	Καταγραφικό θερμικό χαρτί για εκτυπωτή κλιβάνου	10	X 15,00=150,00€
01-109300s	Φίλτρο ρεζερβουάρ νερού για το statim 5000s	1	42,00€
01-100998s	Kit Συντήρησης σωληνοειδούς βαλβίδας	1	180,00€
01-104706s	Σωληνάκι αισθητήρα πίεσης	1	41,00€
Σύνολο ανταλλακτικών:			1.019,00€
91.0012	ΕΡΓΑΣΙΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ	5 ΩΡΕΣ	5X100 = 500,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			1.519,00€

-Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 08(ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:03 (ή νεότερη

έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται. Να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.
-Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών παρόμοιων έργων σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, ή να διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης. Να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

A/A 2) «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HIGH FLOW»

Οι συσκευές High Flow HFT500 του κατασκευαστικού οίκου MEKICS, με σειριακούς αριθμούς HFT500TA1H601, HFT500TA1H613, καθώς και η συσκευή HIFENT του κατασκευαστικού οίκου RESPICARE με σειριακό αριθμό 302010003201109236 χρειάζονται ετήσια τακτική συντήρηση.

Η Συντήρηση περιλαμβάνει:

A. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κωδικός είδους	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
R125P97	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFT500	2	400,00 €/ ΜΟΝΑΔΑ (Τετρακόσια ευρώ ανά μονάδα)
	Φίλτρο εισαγωγής αέρα για μηχάνημα HFT500 2	2	ΔΩΡΕΑΝ
402300015	Αλλαγή αντιμικροβιακού φίλτρου κατάλληλο για το μηχάνημα υψηλής ροής HIFENT.	1	150,00 € / ΤΕΜΑΧΙΟ (Εκατόν πενήντα ευρώ ανά τεμάχιο)

B. ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός είδους	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0001	Γενική Βαθμονόμηση μηχανήματος HFT500	2	200,00 €/ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Διακόσια ευρώ ανά μηχανήμα)
0007	Γενική βαθμονόμηση μηχανήματος, έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας και καλής λειτουργίας μηχανήματος HIFENT	1	150,00 € / ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Εκατόν πενήντα ευρώ ανά μηχανήμα)

A/A 3) «ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΙΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ PHYSIO-CONTROL LIFEPAK-9»

Απαιτείται η ετήσια συντήρηση και ο έλεγχος έξι (6) απινιδωτών PHYSIO-CONTROL LIFEPAK-9.
Για τον έλεγχο και την συντήρηση συμπεριλαμβανόμενης και της μετακίνησης έξι (6) Απινιδωτών PHYSIO-CONTROL LIFEPAK-9, με SN:9785475 (ΤΕΠ), 9785479(MTN) , 9785484(XA), 9469375(KK), 9785474(XA), 9469383(XK).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή:

1. Ρύθμιση κυκλώματος ΗΚΓ/τος (ECG BOARD)
2. Έλεγχος διαρροής ρεύματος (Leakage current tests)
3. Γενικός έλεγχος των κυκλωμάτων της συσκευής

4. System tests
5. System calibration
6. Έκδοση τεχνικής έκθεσης και βεβαίωσης καλής λειτουργίας

Ανάλυση προϋπολογιζόμενης δαπάνης:

Έλεγχος, συντήρηση (συμπεριλαμβανόμενης της εργασίας και της μετακίνησης) έξι (6) Απινιδωτών PHYSIO-CONTROL LIFEPAK-9	1.740,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%
---	-------------------------

-Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 08(ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:03 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται. Να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

-Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών παρόμοιων έργων σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, ή να διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης. Να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

A/A 4) «ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΟΝΙΤΟΡ JERRY JR2000D»

Απαιτείται η προληπτική συντήρηση πέντε (5) μόνιτορ JERRY JR2000D. Τα μόνιτορ έχουν σειριακούς αριθμούς JR320H111, JR320H153, JR320H163, JR320H181, JR320H194.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ που είναι απαραίτητοι σύμφωνα με το εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή για την ετήσια συντήρηση:

Έλεγχος των παραμέτρων: οξυμετρίας (SpO₂), αναιμακτικής πίεσης (NIBP), καρδιογραφήματος (ECG), θερμοκρασίας (TEMP), αιματηρής πίεσης (IBP), καπνογραφίας (EtCO₂), αλλά και των εξαρτημάτων τους.

Έλεγχος alarms, Έλεγχος display, Έλεγχος μπαταρίας, Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας,

Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός.

Μετά τις εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση καλής λειτουργίας

Οι συντηρήσεις και οι έλεγχοι θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής μας μονάδας και στο κόστος θα συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα απαραίτητα υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά της συντήρησης και η μετακίνηση.

- Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 08 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:03 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης.

- Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών παρόμοιων έργων σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, να διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρία. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης.

A/A 5) «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (3) ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ALSA EXCELL 400 MCD»

Για την συντήρηση (3) τριών Διαθερμιών ALSA EXCELL 400 MCD που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία. sn: 1833-05/98, 1834-05/98, 1835-05/9.

Συνολική δαπάνη: 300,00 X 3 = 900,00 + 216,00 ΦΠΑ 24% = 1.116,00€

Εργασίες και έλεγχοι για ετήσια συντήρηση:

Έλεγχος λειτουργιών

Ηλεκτρική ασφάλειας

Επισκευή σε βύσματα ποδοδιακόπτη

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 08 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:03 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται. Θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών παρόμοιων έργων σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, να διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρία. Η συντήρηση και οι έλεγχοι θα γίνουν σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή στις εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής μας μονάδας και στο κόστος θα συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα απαραίτητα υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά της συντήρησης και η μετακίνηση. Μετά τις εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Συνημμένα: Προσφορά της εταιρίας MEDICAL I.K.E. και Αποκλειστικότητα.

Α/Α 6) «ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ»

Για τον κατ' αποκοπή ετήσιο έλεγχο, συντήρηση και αντικατάσταση των μπαταριών των απινιδωτών Nihon Kohden.

Για τον ετήσιο έλεγχο, συντήρηση και αντικατάσταση των μπαταριών των απινιδωτών Nihon Kohden cardioliife tec-5631 - sn: 02367, 02106 cardioliife tec-5621 - sn: 80847, 80407.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ	2 Απινιδωτές cardioliife tec-5631 2 Απινιδωτές cardioliife tec-5621	1.200,00€ χωρίς ΦΠΑ
Battery Pack,12 V,2800mAh, nickel-metal hydride (NiMH), rechargeable;ECG-1350/TEC-5500/7700	4	960,00€ χωρίς ΦΠΑ για όλες τις μπαταρίες

Οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι αποκλειστικά του κατασκευαστικού οίκου Nihon Kohden. Επί ποινή αποκλεισμού. Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 08 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:03 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται. Θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης τουλάχιστον τριών παρόμοιων έργων σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, να διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρία. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης.

Οι συντηρήσεις και οι έλεγχοι θα γίνουν σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή στις εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής μας μονάδας και στο κόστος θα συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα απαραίτητα υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά της συντήρησης και η μετακίνηση. Μετά τις εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Α/Α 7) «ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ERBE VIO 300S SN11294343»

Για τον ετήσιο έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας και συντήρηση μίας Διαθερμίας ERBE VIO 300S SN 11294343 των χειρουργείων.

Τεχνικές Απαιτήσεις:

Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 08 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:03 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.

- Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης όμοιου έργου σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Απαιτούμενες εργασίες:

Αρχικός έλεγχος. Διαδικασία ετήσιου προληπτικού ελέγχου, αναβάθμισης και πιστοποίησης λειτουργίας διαθερμίας.

Η διαδικασία ετήσιου προληπτικού ελέγχου, αναβάθμισης και πιστοποίησης λειτουργίας διαθερμίας περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας και ρευμάτων διαρροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο IEC 62353/EN 62353
- Έλεγχος πλήκτρων επιλογής, οθόνης και ήχων.
- Έλεγχος ενεργοποιήσεων με:
 - α) Ποδοδιακόπτη κοπή/αιμόσταση (μονοπολικό, διπολικό)
 - β) Χειρολαβή κοπή/αιμόσταση
 - γ) Ποδοδιακόπτη MF Re Mode
- Έλεγχος αναγνώρισης MF εργαλείου
- Έλεγχος AUTO START BIPOLAR
- Έλεγχος AUTO STOP BIPOLAR
- Έλεγχος ισχύος εξόδου & κυματομορφής μονοπολικής κοπής (AUTOCUT, DRYCUT)
- Έλεγχος ισχύος εξόδου & κυματομορφής διπολικής κοπής (BIPOLAR CUT, BIPOLAR CUT+)
- Έλεγχος ισχύος εξόδου & κυματομορφής μονοπολικής αιμόστασης (SOFT COAG, FORCED COAG, SPRAY COAG)
- Έλεγχος ισχύος εξόδου & κυματομορφής διπολικής αιμόστασης (BIPOLAR FORCED COAG)
- Έλεγχος και μέτρηση σπινθήρα στα ρεύματα κοπής.
- Έλεγχος και ρύθμιση κυκλώματος ηλεκτροδίου επιστροφής μονής και διπλής επιφάνειας

- Έλεγχος και ρύθμιση συμμετρίας ηλεκτροδίου επιστροφής κυκλώματος διπλής επιφάνειας NESSY.
 - Έλεγχος και παραμετροποίηση προγραμμάτων λειτουργίας
 - Οπτικός έλεγχος για φθορές
 - Έλεγχος επίδοσης λειτουργίας
 - Έλεγχος και παραμετροποίηση προγραμμάτων λειτουργίας
- Οι ανωτέρω έλεγχοι και ρυθμίσεις πραγματοποιούνται εφόσον η διαθερμία παρέχει τις δυνατότητες αυτές.
- Τελικός έλεγχος
- Η εργασία συντήρησης θα γίνει στον χώρο μας.

A/A 8) «ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ MAQUET ORTOSTAR 1425.01A0»

Για τον έλεγχο και την ετήσια συντήρηση Χειρουργικής τράπεζας Maquet Ortostar 1425.01A0 των χειρουργείων.

Περιγραφή	Τιμή/Τμχ	Ποσότητα	Τελική Τιμή
Battery 12V	428,30€	4	1.713,20€
Κόστος μετάβασης και εργασίας μηχανικού:			690,00€
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ			2.403,20€

Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001: 08 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και EN ISO 13485:03 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.

Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης όμοιου έργου σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Η ετήσια συντήρηση της χειρουργικής τράπεζας περιλαμβάνει:

- Γενική επιθεώρηση, οπτικός έλεγχος.
- Έλεγχος ενσύρματου χειριστήριου για την καλή κατάσταση αυτού.
- Έλεγχος της τάσης τροφοδοσίας, των ασφαλειών και επιθεώρηση του μετασχηματιστή.
- Επιθεώρηση των μπαταριών και έλεγχος τάσης αυτών.
- Επιθεώρηση του καλωδίου φόρτισης.
- Λειτουργικό και οπτικό έλεγχο του συστήματος κλειδώματος, καθαρισμός και λίπανση αυτού.
- Λειτουργικό και οπτικό έλεγχο των τροχών, καθαρισμός και λίπανση αυτών.
- Δοκιμή ακρίβειας της θέσης «0», ρύθμιση και προσαρμογή.
- Αφαίρεση, έλεγχο και καθαρισμός των μεταλλικών περιβλημάτων της κολώνας.
- Οπτικό έλεγχο οδού καλωδίων εντός της κολώνας.
- Καθαρισμό και λίπανση των τμημάτων οδήγησης της κολώνας.
- Επιθεώρηση των πλακών σύσφιξης και ρύθμιση αυτών.
- Μέτρηση πίεσης λαδιού και έλεγχος στάθμης αυτού.
- Έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας.

Η συντήρηση θα γίνει στον χώρο μας. Μετά τις εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση για την κατάσταση λειτουργίας της χειρουργικής τράπεζας.

A) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 14.665,73 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10-11-2025, ώρα 10:00

-Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο e-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr

- Εναλλακτικά με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο ,στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής.
- Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία (Πρόσκληση).
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Ο τίτλος της Πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων

συμμετοχής).

- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφέροντες πρέπει μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), να τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο πλήρης τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 3 2024 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης.
2. Γλώσσα σύνταξης προσφοράς :Ελληνική
3. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς **10-11-2025, ώρα 10:00**. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
5. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.
6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετούσων Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 63446/31-5-2021 (Β.2338) & αριθ. οικ. 98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766) με κωδικό **ΑΑΗΤ 1015.Ε00145.0001** προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύμβαση ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης.

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση.

8. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορά που δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

10. Οι προσφορές γίνονται δέκτες ανά τμήμα και για το σύνολο της υπηρεσίας του τμήματος.

11. Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Μέσα στο ηλεκτρονικό αρχείο ή στο κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Γ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά πέραν της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους)

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους).

5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

4) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας ανά τμήμα .
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360185,2631 360178 ,2631 360415.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ